novamedica® mejor equipo, mejor resultado	**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**	**Fecha:22/05/2025** **Versión:2** **GTC-FO-014**

EQUIPO		**BOMBA DE INFUSIÓN/BOMBA DE JERINGA**							
		PERIODICIDAD							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**DESPUES DE SU USO**	**SEMANAL**	**MENSUAL**	**TRIMESTRAL**	**SEMESTRAL**	**ANUAL**	**CADA 2 AÑOS**	**CADA 5 AÑOS**
1	**INSPECCIÓN FÍSICA (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).**								
1.1	Verificación de apariencia (No hay grietas, ni daño)		X						
1.2	Verificación del estado de la puerta.		X						
1.3	Verificación de la pantalla táctil		X						
1.4	Abrazadera anti flujo libre		X						
1.5	Cable Ac		X						
1.6	botón de Abrazadera anti flujo libre		X						
1.7	Verificar todas las partes selladas, la instalación parece estar normal y no hay daño material.		X						
2	**LIMPIEZA - DESINFECCIÓN - ESTERILIZACIÓN (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).**								
2.1	Limpieza externa y desinfección	X							
2.2	Para esterilización del sistema, use EOG (Gas de Óxido de Etileno) a la temperatura de 50°C o menos y humedad relativa de 60% o menos. Después de esterilizar, ventile el cuarto por 24 horas o coloque el sistema en el aireador por 8 horas. Lo anterior es solo una guía, use un método adecuado para verificar los resultados de la esterilización.	X							
3	**MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 9 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).**								
3.1	Verifique el cable de potencia.				X				
3.2	Verifique el panel de teclado.				X				
3.3	Verifique que no exista ruidos anormales durante el funcionamiento de la bomba peristáltica.				X				
3.4	Verifique que no exista ruido anormal durante el funcionamiento de la puerta y la abrazadera anti flujo libre.				X				
3.5	Lubricación de partes móviles (engranaje del sistema motor y bomba peristaltica).				X				
3.6	Calibración de la pantalla táctil				X				
3.7	Verificación de la batería interna				X				
3.8	Test de alarmas				X				
3.9	Verificar la tasa de flujo (según protocolo del manual usuario)				X				
3.10	Verificación de Seguridad Eléctrica y Mecánica						X		
3.11	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.
Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.