novamedica® mejor equipo, mejor resultado	**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**	**Fecha:22/05/2025** **Versión:2** **GTC-FO-014**

EQUIPO		MÁQUINA DE ANESTESIA							
		PERIODICIDAD							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**DESPUES DE SU USO**	**SEGUN SEA NECESARIO**	**DIARIO**	**SEMANAL**	**TRIMESTRAL**	**SEMESTRAL**	**ANUAL**	**CADA 3 AÑOS**
1	**INSPECCION FÍSICA**								
1.1	Revisión del panel de teclado				X				
1.2	Revisión de la pantalla				X				
1.3	Revisión del sistema canister				X				
1.4	Revisión de los visores canister				X				
1.5	Revisión del fuelle				X				
1.6	Revisión de los sensores de flujo				X				
1.7	Revisión de la batería				X				
1.8	Inspección física de las piezas y las juntas herméticas para ver si están dañadas.				X				
1.9	Revisión de la válvula APL				X				
1.10	Revisión de los flujómetros				X				
2	**LIMPIEZA Y DESINFECCION (refierase al capítulo 7 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).**								
2.1	Lavado del canister	X							
2.2	Limpie las superficies externas.	X							
2.3	Drene los vaporizadores.				X				
2.4	Limpie el agua acumulada en los colectores de agua del módulo de CO2 y del módulo de GA.	X							
2.5	Limpieza general del equipo	X							
2.6	Sustituya el absorbente del recipiente si detecta un cambio de color		X						
2.7	Vacíe el vaso colector de agua si tiene agua acumulada		X						
3	**MANTENIMIENTO (refierase al capítulo 7 del Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento).**								
3.1	Verificación funcional de la batería (Si aplica)						X		
3.2	Verificación de funcionamiento de la valvula APL						X		
3.3	Verificación de funcionamiento manometro de presión						X		
3.4	Funcionamiento del interruptor (ventilador/manual)						X		
3.5	Estado funcional del fuelle						X		
3.6	Estado funcional de la válvula PEEP						X		
3.7	Funcionamiento del sensor de flujo						X		
3.8	Sustituya el sensor de O2 si, después de varias calibraciones, persiste una desviación importante en el valor medido por el sensor de O2.		X						
3.9	Calibración del módulo de CO2 (Si aplica)							X	
3.10	Calibración del módulo de Gases Anestesico (Si aplica)							X	
3.11	Calibración de los sensores de flujo							X	
3.12	Cambie las baterías integradas de ión litio.								X
3.13	Cambie el sensor de flujo si la junta del sensor está dañada, si la membrana interior del sensor está rajada o deformada, o si el sensor de flujo está rajado o deformado.		X						
3.14	Sustituya la válvula APL si el alivio de presión de la válvula APL se desvía de forma notable.		X						
3.15	Calibración al 21% de O2 (sensor de O2 del sistema de respiración).				X				
3.16	Calibración al 100% de O2 (sensor de O2 del sistema de respiración).				X				
3.17	Kit de mantenimiento básico (Si aplica)							X	
3.18	Cambio del Fuelle		X						
3.19	Test de fuga			X					
3.20	Verificación de volumenes					X			
3.21	Verificación funcional de los flujómetros					X			
3.22	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.
Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.