novamedica® mejor equipo, mejor resultado	**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**	**Fecha:22/05/2025** **Versión:2** **GTC-FO-014**

EQUIPO		**MESA DE OPERACIONES/MESA MANUAL**							
		PERIODICIDAD							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**DESPUES DE SU USO**	**SEMANAL**	**MENSUAL**	**TRIMESTRAL**	**SEMESTRAL**	**ANUAL**	**CADA 3 AÑOS**	**CADA 5 AÑOS**
1	**INSPECCIÓN FÍSICA**								
1.1	Superficie		X						
1.2	Velcro		X						
1.3	Rieles		X						
1.4	Sistema hidráulico		X						
1.5	Ruedas		X						
1.6	Frenos		X						
1.7	Cabeza		X						
1.8	Mangueras		X						
1.9	Manivela de riñón		X						
1.10	Acoples		X						
1.11	Nivel de aceite		X						
1.12	Filtro		X						
1.13	Control de mano		X						
1.14	Control de mano auxiliar (S/A)		X						
1.15	Batería (S/A)		X						
1.16	Botón de seguridad (S/A)		X						
2	**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (refierase a la sección 3 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).**								
2.1	Limpieza del cubre lechos y la parte superior	X							
2.2	Limpieza de la columna y la base	X							
2.3	Utilice un desinfectante comercial con bases de aldehídos en una solución acuosa para la limpieza manual de la parte superior.	X							
2.4	Limpie los seguros del suelo y las ruedas			X					
2.5	Retire cualquier aceite (sutura, cera para pisos) que se acumule en las ruedas			X					
3	**MANTENIMIENTO (refierase a la sección 3 del manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para mayor detalle).**								
3.1	Verificación funcional de la batería (Si aplica)					X			
3.2	Examinar la superficie del cubre lecho y cubiertas de velcro				X				
3.3	Apretar rieles laterales				X				
3.4	Desasegurar y remover las cubiertas de la mesa y la base				X				
3.5	Revisión del sistema hidráulico				X				
3.6	Revise las partes lubricadas, lubrique lo que sea necesario					X			
3.7	Revise la velocidad de las articulaciones y la presión del aceite				X				
3.8	Asegure o abroche todas las cubiertas				X				
3.9	Instale todos los cubre lechos				X				
3.10	Examine el área para asegurar todas las partes removidas durante la inspección				X				
3.11	Revise operación de la palca de las piernas				X				
3.12	Revise operación de la parte superior abajo/arriba				X				
3.13	Revise operación de la placa espalda arriba/abajo				X				
3.14	Revise el trendelenburg/trendelenburg inverso				X				
3.15	Revise operación de desplazamiento longitudinal				X				
3.16	Revise operación de flex y reflex				X				
3.17	Revise operación de nivelación de la parte superior				X				
3.18	Revise operación inclinación lateral				X				
3.19	Revisión de Ruedas y seguros del piso				X				
3.20	Revisión del Sistema de Control				X				
3.21	Verificación funcional del boton de seguridad				X				
3.22	Verificación funcional del control de mano auxiliar				X				
3.23	Verificación del panel teclado del control de mano.				X				
3.24	Reemplace baterías							X	
3.25	Verificación funcional del control de mano				X				
3.26	Calibración (refierase a las instrucciones específicas del fabricante contenidas en el Manual de Uso, Oper , Inst y Mantenimiento para este equipo ,sus componentes y accesorios) Solo Personal Calificado y entrenado.								

OBSERVACIONES: Para solicitudes de servicios técnicos, asesorías técnicas, garantías y mantenimiento de su equipo, puede contactar a su distribuidor local.
Este cronograma es una representación del mantenimiento sugerido por el fabricante para facilitar al tenedor del dispositivo médico, la programación del mantenimiento que debe hacer a su equipo, el cual deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Lea todos los detalles del mantenimiento en el manual de Uso, operación, instalación y mantenimiento que se entrega con el equipo. Le recordamos que por normatividad sanitaria (decreto 4725, art 38) "El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento".

Si tiene dudas puede ponerse en contacto con el servicio técnico de NOVA MEDICA SAS por los siguientes medios: serviciotecnico@novamedicasas.com o al celular 3004187465.